

**PREFEITURA DE CARAPICUÍBA**

**PREÂMBULO**

**ID BANCO DO BRASIL Nº. 1046227**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1454/2024**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS UPAS E UNIDADES DE SAÚDE.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR do dia 21/06/2024 às 09h00min. ATÉ dia 04/07/2024 às 09h00min.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04/07/2024 às 09h00min.**

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Observando o prazo legal, o licitante poderá formular consultas e esclarecimentos exclusivamente por e-mail: [licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br](mailto:licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br) .

\*Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

A Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio do (a) Pregoeiro (a) e dos membros da equipe de apoio designados pela Portaria nº 210 de 22 de janeiro de 2024, com sede na Rua Joaquim das Neves, 211 – Vila Caldas, Carapicuíba/SP - CEP: 06310-030, torna público para conhecimento de todos os interessados a licitação na modalidade **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS** na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, sob critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, com modo de disputa “ABERTO”, regida pela Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e de regulamentação Federal e suas alterações.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

**ANEXO I** – Termo de Referência

**ANEXO II** - Quantitativo e Valor Estimado;

**ANEXO III** - Modelo de declaração conjunta;

**ANEXO IV** - Modelo de proposta;

**ANEXO V** - Minuta de Ata de Registro de Preço;

**ANEXO VI** - Termo de Ciência e Notificação;

## **1. DO OBJETO**

**1.1.** O presente pregão tem como objeto o Registro de preço para aquisição de equipamento para as upas e unidades de saúde, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

## **2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

**2.1** A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e a(s) vencedora (s) do presente certame terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, à luz do dispositivo no Artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações subsequentes, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

**2.2.** Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços a Prefeitura do Município de Carapicuíba não ficará obrigada a adquirir o serviço, objeto desta licitação, exclusivamente pelo sistema de Registro de Preços, podendo cancelar ou realizar licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou qualquer forma de indenização à(s) empresa(s) detentora(s) da ATA, assegurada, no entanto, a(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços a preferência em igualdade de condições.

## **3. INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO**

**3.1.** Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva por meio de lances enviados pelos licitantes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, pela rede mundial de computadores (Internet).

**3.2.** A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro (a) nomeada por esta Administração Pública.

**3.3.** O licitante deverá fazer o seu credenciamento junto ao Banco do Brasil, em qualquer agência, podendo obter informações pela Internet, acessando o endereço: [www.licitacoes-e2.bb.com.br](http://www.licitacoes-e2.bb.com.br) sistema de licitações.

**3.4.** O licitante apto a participar do certame deverá confirmar, em campo específico do sistema, durante o envio das propostas iniciais, que cumprirá plenamente os requisitos de habilitação contidos neste Edital.

**3.5.** Ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no Pregão, o licitante terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação, nos valores e condições do referido lance. Após o Pregoeiro (a), conjuntamente com a equipe de apoio, darão seqüência ao processo de Pregão.

**3.6.** As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove recebimento.

**3.7.** O interessado poderá ler e obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, bem como elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto acessando o site: [www.licitacoes-e2.bb.com.br](http://www.licitacoes-e2.bb.com.br), no site da Prefeitura: <http://www.carapicuiiba.sp.gov.br/>, no Portal Nacional de Compras Publicas – PNCP: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, pelo email: [licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br](mailto:licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br), e pelo telefone (11) 4164- 5500 ramal 5442.

**3.8.** Os pedidos de esclarecimento de dúvidas e impugnação com relação ao Edital deverão ser encaminhados por escrito até o 3º segundo dia útil anterior a data de abertura das propostas por meio eletrônico.

**3.9.** O sistema eletrônico aplicará o tratamento diferenciado para Micro Empresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), quando assim enquadrada a fim de gozar dos benefícios contemplados na Lei Complementar nº 123/2006, no tocante ao direito de preferência e critério de desempate.

#### **4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

**4.1.** Poderão participar desta licitação empresas, interessadas, do ramo pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei que atendam às exigências da habilitação, sendo os itens 05, 09, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 destinados a participação exclusiva de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

##### **4.2. DOS CONSÓRCIOS**

**4.2.1.** Será permitida a participação de empresas reunidas em consorcio:

**4.2.2.** Os CONSÓRCIOS deverão atender ao disposto no art. 15. da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações, ficando ainda condicionada sua participação ao cumprimento dos seguintes requisitos:

(a) Cada CONSORCIADO deverá atender individualmente às exigências relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, nos termos deste EDITAL;

(b) não será permitida a participação de um mesmo LICITANTE como CONSORCIADO em mais de um CONSÓRCIO;

(d) somente se admitirá a participação de sociedades CONTROLADAS, CONTROLADORAS ou sob CONTROLE comum de um mesmo LICITANTE, quando estiverem no mesmo CONSÓRCIO.

**4.2.3.** No CONSÓRCIO de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, nos termos do art. 15, § V, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**4.2.4.** Não há número mínimo ou máximo de CONSORCIADOS para cada CONSÓRCIO.

**4.2.5.** Não serão admitidas a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão dos CONSORCIADOS até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, a partir do qual deverão ser observadas as regras de transferência da CONCESSÃO e de transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO.

**4.2.6.** A desclassificação ou a inabilitação de qualquer CONSORCIADO acarretará a desclassificação ou a inabilitação automática do CONSÓRCIO.

**4.2.7.** As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo CONSÓRCIO, por intermédio de qualquer dos CONSORCIADOS, isoladamente, ou pela soma das qualificações técnicas apresentadas pelos CONSORCIADOS.

**4.2.8.** Os integrantes do CONSÓRCIO serão solidariamente responsáveis, perante o PODER CONCEDENTE, pelos atos praticados durante a LICITAÇÃO.

**4.2.9.** A responsabilidade solidária dos CONSORCIADOS cessará, para fins das obrigações assumidas em virtude da presente LICITAÇÃO, após a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

### **4.3. SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA LICITAÇÃO QUANDO:**

**4.3.1.** Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

**4.3.2.** Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 14 da Lei n. 14.133/2021;

**4.3.3.** Organizados em Cooperativa, que não atenderem às prescrições artigo 16 da Lei nº 14.133/2021.

**4.3.4.** Autores do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

**4.3.5.** A vedação de que trata este subitem estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

**4.3.6.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

**4.3.7.** Que sejam empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

**4.3.8.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.2.4 e 4.2.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

**4.3.9.** O disposto nos itens 4.2.4 e 4.2.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução;

**4.3.10.** Que sejam pessoas, física ou jurídica, que se encontrem, ao tempo da licitação,

impossibilitadas de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

**4.3.11.** O impedimento de que trata este subitem será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**4.3.12.** Que mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação

**4.3.13.** Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

**4.3.14.** Que sejam pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

**4.3.15.** Que sejam agentes públicos do órgão ou entidade licitante;

**4.3.16.** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme §1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

**4.3.17.** Que sejam empresas estrangeiras não autorizadas a comercializar no País;

**4.3.18.** Que sejam Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), atuando nessa condição;

**4.3.19.** Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**4.3.20.** Que estejam suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas de contratar com a Administração Pública de Carapicuíba, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

**4.3.21.** Cujo estatuto ou contrato social não inclua dentre os objetivos sociais, atividades compatíveis com o do certame.

**4.3.22.** Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

**4.3.23.** A vedação se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado

quando os servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.

**4.3.24.** A contratação de empresa pertencente a parente de servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pela administração, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório.

**4.3.25.** É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

**4.3.26.** Que sejam servidores públicos ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta;

**4.3.27.** Que sejam empresas sob a aplicação das penalidades contidas nos incisos III e IV, do art. 156, Lei n. 14.133/2021;

**4.3.28.** Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

**4.3.29.** Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

**4.3.30.** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

**4.3.31.** A participação na licitação implica automaticamente a aceitação integral dos termos deste Edital e seus Anexos e legislação aplicável.

**4.3.32.** A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação e neste edital.

## **5. DEVERÁ O LICITANTE VENCEDOR APRESENTAR APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO QUE CONSISTIRÁ EM:**

**5.1.** O licitante deverá apresentar os documentos relativos à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas seguintes condições:

**5.1.1.** Registro comercial, no caso de empresa individual;

**5.1.2.** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando



de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores;

**5.1.3.** Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

**5.1.4.** Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

**5.1.5.** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com os objetos deste edital.

**5.1.6.** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

**5.1.7.** Declarações Conjuntas (Anexo III).

a) Declaração de está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; (Anexo III).

b) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição e no inciso V, do art. 68, da Lei 14.133, de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; (Anexo III).

c) Cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021. (Anexo III).

d) Não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública de Carapicuíba e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021.

e) Não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;

f) Está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital;

g) É responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico ou presencialmente, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.

## **5.2. Documentação relativa à qualificação técnica consiste em:**

**5.2.1.** Comprovação de aptidão para realização do objeto da presente licitação, através de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a empresa tenha executado fornecimento similar, pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação, mínimo 50% (cinquenta) por cento, do(s) serviço(s) ofertado(s).

**5.2.2.** Apresentar o registro da ANVISA para os equipamentos de saúde, conforme termo de referência.

## **5.3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consiste em:**

**5.3.1.** Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante apresentação das seguintes certidões:

**5.3.2.** Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

**5.3.3.** Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos emitida pela Fazenda do Estado, sede da licitante.

**5.3.4.** Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, emitida pela Prefeitura da cidade da sede da licitante.

**5.3.5.** Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do “CRF” – Certificado de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade;

**5.3.6.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

**5.3.6.1.** Serão aceitas Certidões Positivas, com efeito de negativas, na forma da lei, ou documento equivalente.

**5.3.6.2.** As certidões extraídas da Internet deverão ser apresentadas no original, as demais poderão ser apresentadas no original ou em cópia autenticada.

**5.3.7.** A licitante deverá ter representante residente e domiciliado no País, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o instrumento de mandato com os documentos de habilitação.



#### **5.4. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em:**

**5.4.1.** Certidão negativa de falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes.

**5.4.2.** Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

**5.4.3.** Prova de Capital Social ou Patrimonio Liquido igual ou superior a 10 % do valor total estimado do item que estiver concorrendo.

#### **6. DOS PROCEDIMENTOS**

**6.1.** O licitante deverá enviar sua proposta inicial até a data e horário definido no preâmbulo deste Edital, constando especificação clara, completa e detalhada do material ofertado, **com indicação da marca e fabricante**, sob pena de desclassificação, conforme padrão definido neste Edital;

**6.1.1.** Qualquer documento anexado será analisado após a fase de lances, e, havendo divergência entre as informações constantes nos campos “Condições do Proponente”, nas “Informações Adicionais” e no “Anexo da Proposta Eletrônica”, é facultada a realização de diligências pelo Pregoeiro, não podendo haver, entretanto, alteração da marca e/ou referência informados, prevalecendo aquelas inseridas nas “Condições do Proponente” e/ou “Informações Adicionais”.

**6.1.2.** A Pregoeiro (a) desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, bem como as que ofertarem preços e lances manifestadamente inexequíveis.

**6.1.3.** Após a classificação das propostas para participação na etapa da disputa de preços, a Pregoeiro (a) dará sequência ao processo de Pregão comunicando, na data e horário definidos neste Edital, os licitantes classificados.

**6.1.4.** O julgamento das propostas será feito pelo valor global de cada item.

**6.1.5.** O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na etapa de abertura das propostas.

**6.1.6.** No caso de nenhum licitante ofertar lance na etapa de disputa de preços, será considerado vencedor o que apresentar menor preço para o item na etapa anterior, sendo facultado o Pregoeiro (a) decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

**6.1.7.** A etapa de disputa de preços (lances) divide-se em:

A. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.

B. O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$ 0,01.

C. Quando não for registrado pelo menos um lance durante esse período de prorrogação, a disputa do item será encerrada sem nova prorrogação.

**6.1.8.** Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação, preço inexequível poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro (a), que emitirá um aviso e justificará o motivo da exclusão do lance do licitante.

**6.1.9.** Ao final da etapa de disputa de preços, após a declaração de vencedor, será aberto prazo para o licitante manifestar o desejo a incursão de recursos. A falta de manifestação imediata e motivada de licitante importará a decadência do direito ao recurso.

**6.1.10.** O recurso deverá ser encaminhado por escrito, em até 3 (três) dias úteis conforme o item 16 e seguintes deste Edital. O envio de recurso fora deste prazo não será considerado e o objeto da licitação adjudicado, pelo Pregoeiro (a), ao vencedor.

**6.1.11.** Após o julgamento dos eventuais recursos ao Pregoeiro (a) enviará via e-mail ao licitante, comunicando o vencedor da disputa.

**6.1.12.** O processo licitatório findo será encaminhado a Autoridade Competente para a respectiva homologação.

## **7. DA ABERTURA**

**7.1.** A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, conforme datas e horários estabelecidos no preâmbulo deste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro (a) a avaliar a aceitabilidade das mesmas.

**7.1.1.** Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado os licitantes serão imediatamente informados de seu recebimento, horário e registro de valores.

**7.1.2.** O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

**7.1.3.** Serão aceitos todos os lances registrados no sistema, independente da classificação.

**7.1.4.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo o registrado em primeiro lugar.

**7.1.5.** Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado.

**7.1.6.** O sistema eletrônico anunciará por meio de aviso, o iminente encerramento do tempo para recebimento dos lances.

**7.1.7.** O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances, ou da decisão pelo Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor, ou quando for o caso, após a negociação.

**7.1.8.** Antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro (a) deverá decidir sobre aceitação da proposta de menor preço e poderá negociar melhor valor com o proponente que tenha ofertado o menor lance.

**7.1.9.** Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável face às condições previstas neste Edital, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as demais propostas ou os lances, observando a ordem de classificação e verificará a aceitabilidade das mesmas e a habilitação do participante, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro (a) poderá negociar com o participante para que seja obtido o melhor preço.

**7.1.10.** Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta o lance de menor preço.

## **8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

**8.1.** Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, por item, observados os valores estimados previstos no item Anexo I deste Edital, as especificações técnicas mínimas e demais condições previstas neste instrumento.

**8.2.** Serão desclassificadas as propostas:

**8.2.3.** Que não atendam às exigências formais e materiais previstas neste edital;

**8.2.4.** Inexequíveis, ou seja, aquelas que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto (Lei nº 14133 / 2021); e,

**8.2.5.** Que apresentarem, após superadas a disputa de lances e a negociação, preço superior ao máximo informado no Anexo II - Especificação do objeto e quantitativos e **valor estimado**.

**8.3.** A decisão motivada de desclassificação será proferida e registrada no sistema em tempo real.

## **9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS**

**9.1.** Proposta Comercial e todos os documentos relativos à habilitação, originais ou assinatura digital, relacionadas neste Edital deverão ser remetidos pelo: <https://licitacoes-e2.bb.com.br>, no **prazo máximo de 2 (duas) horas após a empresa ser declarada arrematante**, podendo ser prorrogada por igual período mediante solicitação justificada do licitante e devidamente aceita pelo pregoeiro.

**9.2.** O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos acima estabelecidos acarretará na inabilitação da empresa e nas sanções previstas no item 14 com base na Lei vigente.

**9.3.** Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. Divulgado o vencedor, os demais licitantes serão informados pelo pregoeiro, que terão o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestarem a intenção motivada de interpor recurso, utilizando para tanto, exclusivamente campo próprio disponibilizado no sistema, e para protocolar o recurso e contrarrazões seguir o item 16 deste edital.

**9.4.** Deverá ser apresentado juntamente com os documentos de habilitação, Proposta de Preços – modelo sugerido no Anexo III do Edital, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal do licitante vencedor, conforme indicado no próprio formulário (obrigatoriamente em original digitalizado).

## **10. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL**

**10.1.** A entrega do objeto licitado deverá ser no prazo de 30 (trinta) dias corridos, e o prazo de instalação é de até 40 (quarenta) dias, de acordo com a solicitação da **Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva**, neste município, após a emissão da Ordem de fornecimento.

**10.2.** A entrega dos objetos licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal sendo somente aceita após a verificação do cumprimento das especificações contidas no Anexo I deste Edital

**10.3.** Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada na Rua Pedro de Oliveira, 106 Carapicuíba das 08h00min às 16h30min, ou nos locais previamente informados pela Secretaria requisitante, em suas embalagens originais, devidamente protegidas, estando incluso no mesmo frete, impostos e demais encargos ficando o Município isento de qualquer responsabilidade, estando tudo em pleno atendimento das especificações do Anexo I, parte integrante deste Edital.

## **11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**11.1.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias e após apresentação de nota fiscal, revestida das formalidades legais e embasada no pedido de compra.

**11.2.** Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas as devidas correções e antes que seja comprovado o cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

**11.3.** Se houver multa aplicada ao contratado, superior ao pagamento devido pela Administração, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestadora ou será cobrada judicialmente.

**11.4.** Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua efetivação, calculados “pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

## 12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas serão suportadas com os recursos classificados na dotação orçamentária nº: **SSMP** – 358, 360, 361, 375, 385, 386, 395, 396, 403, 404, 411, 412, 421, 422, 429, 430, 437, 438, 447, 448, 453, 454, 455, 456, 459, 460, 469, 470, 479, 480, 1036, 1037, 1041, 1042, 1066, elemento 30 – (Material de consumo). E

- **SSMP** - 366, 367, 378, 391, 392,399, 400, 407, 408, 415, 416, 425, 433, 434, 441, 442, 451, 452, 465, 466, 473, 474, 483, 484, 1028, 1030, 1045 e 1046, elemento 52 (Equipamentos e Material Permanente).

## 13. OBRIGAÇÕES

13.1. Constituem obrigações do licitante vencedor:

13.1.3. Atender às solicitações feitas pela **secretaria requisitante** no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de expedição da Ordem de Fornecimento.

13.1.4. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais de seu estabelecimento até o local determinado, contemplando todos os custos, tudo de acordo e em pleno atendimento ao descritivo do Anexo I que é parte integrante do Edital, sem ônus para Prefeitura.

13.1.5. O material será recebido provisoriamente, pelo representante designado da administração para recebimento, por um período de 03 (três) dias para verificação da conformidade do material com a qualidade, especificação e preço.

13.1.6. No período de carência para recebimento definitivo, o representante da administração poderá solicitar a substituição do material em desacordo com as condições estabelecidas ou, ainda, que apresentem avarias ou condições impróprias para uso a que se destinam.

13.1.7. A substituição do material deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil imediatamente subsequente ao da formal comunicação da ocorrência, sendo que a não efetivação da substituição no prazo assinalado, sem justificativa, apresentada pelo fornecedor e aceita pela secretaria requisitante, implicará na aplicação das sanções previstas no item 14 e subitens deste edital.

13.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos Federais, Estaduais e Municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pela Prefeitura do Município de Carapicuíba.

13.1.9. Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Município de Carapicuíba ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos.

## 14. DAS PENALIDADES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que:

**Pregão Eletrônico nº 34/2024 - Processo Administrativo nº. 1454/2024**

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5442  
Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP | CEP: 06310-030, Brasil

- 14.2.** Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;
- 14.3.** Der causa à inexecução parcial do Instrumento da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 14.4.** Der causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços;
- 14.5.** Ensejar o retardamento da entrega do objeto sem motivo justificado;
- 14.6.** Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução da Ata de Registro de Preços,
- 14.7.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 14.8.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 14.9.** Serão aplicadas à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- 14.10.** Advertência, quando a contratado der causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- 14.11.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas aos subitens 14.2, 14.3, 14.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
- 14.12.** O atraso na entrega do objeto da licitação sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,5% (meio por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o 15º (décimo quinto) dias de atraso, após será considerada inexecução parcial do contrato.
- 14.13.** O não atendimento e observância dos materiais solicitados pela Administração, ou ainda a não entrega do objeto ou desacordo com as especificações constante do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado na Ata de Registro de Preços sujeitará a Contratada a multa no valor de 10 (dez por cento) do valor constante da Ordem de Fornecimento, sem prejuízo da complementação de quantidades e/ou substituição do material, e demais sanções aplicáveis.
- 14.14.** Nos casos de reincidência em inadimplemento apenados por 03 (três) vezes no mesmo instrumento Ata de Registro de Preços ou de ato jurídico análogo, bem como as faltas graves de impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
- 14.15.** As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as sanções de multa.



**14.16.** Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

**14.17.** As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena entrega do objeto da Ata de Registro de Preços.

**14.18.** As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, serão regidas pela Lei nº 14.133, de 2021 e alterações subsequentes.

**14.19.** As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

**14.20.** O prazo para pagamento de multas será de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

## **15. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**

**15.1.** Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, cabendo a Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação.

**15.2.** Decairá o direito de impugnar os termos do Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data da realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

**15.3.** A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado a ele pertinente.

**15.4.** Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, desde que a alteração proferida implique em alteração substancial da proposta.

## **16. DO RECURSO**

**16.1.** Manifestada a intenção de recurso logo após a declaração de vencedor, o licitante deverá apresentar, por escrito, razões de recurso em 3 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentarem contra razões, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

**16.2.** A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes em recorrer, importará a decadência do direito ao recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pelo (a) Pregoeiro (a), ao vencedor.

**16.3.** Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

**16.4.** As razões de recurso e as contrarrazões apresentadas deverão ser encaminhadas,

diretamente à Departamento de Licitações e Compras pela plataforma do Banco do Brasil:  
<https://licitacoes-e2.bb.com.br>.

**16.5.** O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**16.6.** Os recursos contra as decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

## **17. DISPOSIÇÕES GERAIS**

**17.1.** Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dias de expediente do Município de Carapicuíba.

**17.2.** É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento da mercadoria a promoção de diligência ou solicitação de amostra do material licitado, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

**17.3.** Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial da presente licitação. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito do Município.

**17.4.** O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, não gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

**17.5.** É facultado ao Pregoeiro (a), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

**17.6.** Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições das Leis Federais nº 14.133, de 2021, no que couber.

Carapicuíba, 20 de junho de 2024.

Leydiane Ferreira dos Santos,  
Pregoeira

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

1.1. O presente Termo de Referência tem como objetivo a aquisição de Equipamentos Médicos para uso na UPA e nas unidades desta Secretaria conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento;

**1.2. Descrição:**

Unid. de Medida	Quant.	Descrição
Unidade	30	Monitor Multiparâmetros de sinais vitais, descrição: monitoramento adulto, infantil e neonatal; Tela TFT LCD mínimo de 15" colorida HD, comunicação bidirecional com Central de Monitoramento; suporte para maca /transporte, Wireless, conexão USB, tendências de armazenamento até 120 horas, alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, índice de perfusão; 3 níveis de alarme: baixo, médio e alta prioridade com indicação audiovisual, mensagem de todos os tipos de alarme, três tipos: fisiológico, técnico e geral; autonomia de bateria de aproximadamente 21 horas. Alça retrátil para transporte manual e fixação em macas/barras. Parâmetros: ECG3/5 vias, SpO2, Respiração, Pressão Não Invasiva – PNI, 2 canais de leitura de temperatura. Entrada para módulo de balança hídrica. Garantia mínima 12 meses
Unidade	4	Cardioversor Bifásico, ECG e Desfibrilador. Descrição adicional: equipamento eletrônico leve e portátil, desenvolvido e projetado para processos de monitorização e ressuscitação, onde estímulos elétricos serão aplicados ao coração, caso haja indicação de cardioversão e/ou desfibrilação; energia bifásica entregue de até 360 Joules; bateria interna permite mais de 100 choques; interface em português; alarmes de monitoração; comandos intuitivos baseados no padrão 1, 2, 3; pás integradas adulto/infantil; dimensões aproximadas com pás 30x21,5x28cm (LxPxX). Elétrico: AC 100 a 265 VAC, 50/60 Hz, DC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível, duração bateria com carga plena 3 horas em modo monitor sem impressora ou no mínimo de 140 choques em 360 joules ou no mínimo de 200 choques em 200 joules; tempo de carga completa aproximadamente 8 horas. Memória: paciente armazenados mínimo 150 pacientes; armazenagem 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico, ECG gravação de mínimo 2 horas contínuas da curva ECG. Desfibrilador: exponencial truncada bifásica, parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente; aplicação de choque por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação; escala de desfibrilação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules, energia máxima limitada a 50 Joules com pás internas ou infantis. Tempo de carga: rede e bateria 200 joules aproximadamente 4 segundos, 360 Joules aproximadamente 6 segundos. Relógio, Cronômetro (contador de segundos), Data e Contador de Choques. Realiza auto teste diagnóstico ao ser ligado. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga. Tela display de LCD 7" touchscreen. Incluso: pás adulto e infantil externas e internas, multifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação. Adaptável a qualquer paciente possui sistema de segurança inteligente, que limita a carga para uso interno, pediátrico/neonatal. Garantia mínima 12 meses.

**Pregão Eletrônico nº 34/2024 - Processo Administrativo nº. 1454/2024**

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5442

Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP | CEP: 06310-030, Brasil

Unidade	1	<p>Ultrassom diagnóstico sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, vascular, de mama, pequenas partes, músculo esquelético. Descrição: Acompanha Unidade básica e 3 transdutores: Transdutor Linear, Transdutor Convexo e Transdutor Endocavitário. Monitor com mínimo de 17" de alta definição. O sistema deve oferecer qualidade de imagem, velocidade de processamento e praticidade operacional. Imagem em 2D, Modo B, Modo M, Modo de fluxo M-Color, Doppler colorido, Doppler DP, Doppler de potência bidirecional, Doppler CW dirigível, Imagem Doppler Tecidual, Imagem trapezoidal, Imagem Panorâmica, Modo Triplex, Dupla ao vivo (dividido), 3D/4D De Alta Resolução, Imagem Harmônica, Imagem Harmônica de pulso invertido, MR Dinâmica, Inversão de pulso de energia, Alta Resolução (1280x1024), Pós-medição, Pós-Processamento, Função de Ponteiro, Imagem Quadrante, Braço do monitor de articulação, Painel de controle de giro, carrinho com 4 rodas giratórias. Permitir arquivar/revisar imagens; frame – rate extremamente elevado; todos os tradutores multifrequência, banda larga; DVD-RW integrado e SSD mínimo 512GB; HDD de no mínimo 250GB; mínimo de 8 portas. Garantia mínima 12 meses. Incluso montagem e instalação.</p>
Unidade	12	<p>Ventilador Pulmonar para UTI. Descrição adicional: O ventilador deverá possuir três modos de operação sito "PCV (ventilação com controle de pressão); VCV (ventilação com controle de volume) e PSV (ventilação com suporte pressórico". Configuração dos dados do paciente para cálculo automático do peso predito para ajudar nas calibragens. Tela de mínimo 15 polegadas touchscreen, com interface intuitiva. Para pacientes: adulto e pediátrico. Autonomia da bateria mínima de 120 minutos. Válvula expiratória autoclave. Válvula de exalação ativa com design anticondensação. Tecnologia avançada de solenóide proporcional possibilitando o controle preciso de ventilação. Mecanismo multisegurança e alarme de três prioridades de visual e áudio para diferentes riscos. Pegas de proteção e de segurança para transporte. Rodas com melhor absorção de impacto. Bivolt. Incluso acessórios: mangueiras, tubos, filtros, conectores, reservatório separador de água, conjunto para o paciente. Garantia mínima 12 meses. Produto deve possuir registro na ANVISA.</p>
Unidade	1	<p><b>APARELHO DE RX DIGITAL COM 01 DETECTOR (64KW/150KV)</b> Especificações: Gerador de raios X: Equipamento radiodiagnóstico fixo microprocessado de 800 mA ou maior com indicação de erros e nível de kV, mA e mAs, Programa anatômico de órgãos com no mínimo 200 técnicas pré-programadas. O equipamento deve possuir controle automático de exposição (AEC) e indicação de dose no paciente (DAP), conforme norma IEC. Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência de 64 kW ou maior; Seleção de 40 a 150 kV; Faixa de mAs de 0,1 a 800 ou maior; Tempo de exposição de 5 ms ou menor até 5 segundos, conforme RDC 611; Gerador obrigatoriamente instalado debaixo da mesa; Possuir display LCD multicolorido para seleção e indicação dos parâmetros radiológicos. Proteção térmica do tubo de raios X. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Deve ser fornecido quadro de força específico para o equipamento licitado. As características de funcionamento do gerador de RX devem estar disponíveis no comando de operação, permitindo a seleção dos parâmetros de exposição da maneira mencionada acima. * Bucky mural: Deslocamento vertical de 100 cm ou maior; Com grade antidifusora fixa de pelo menos 40 lp/cm; Bucky com grade fixa; Freios eletromagnéticos ou mecânicos; com cruz de localização/centralização impressa no tampo do bucky; Foco variável de 100 a 180 cm. * Mesa com tampo flutuante: Movimento transversal e longitudinal; Bucky com grade fixa; Capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Com grade antidifusora fixa de pelo menos 40 lp/cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos do tampo; Dimensões do tampo (C x L) de no mínimo 200 cm x 80 cm; Foco</p>

	<p>variávelde 100 a 180 cm. * Estativa porta tubo: Tipo chão-chão; Movimento vertical de 140 cm ou maior; Movimento longitudinal de pelo menos 260cm; Freios eletromagnéticos; Rotação do braço porta tubo <math>\pm 90^\circ</math>. * Tubo de raios X: Com indicação em proposta; Foco fino de no máximo 0,6 mm; Foco grosso de no máximo 1,2 mm; Rotação do anodo de no mínimo 9000 rpm; Capacidade de resfriamento mínimo de 300 KHU. * Detector: 01 (uma) unidade de detector sem fio, com cintilador de iodeto de céσιο (Csl) e dimensões de no mínimo 35 x 43 cm; peso máximo: 2,8 kg (com fonte de energia); tamanho do pixel de dimensionamento fixo na ordem de 125 <math>\mu\text{m}</math> (mícrons) ou menor; profundidade da imagem de 16 bits; capacidade de suportar 300 kg distribuídos sobre a superfície do detector; ser resistente a impactos e quedas; proteção certificada IP56 (ou superior); detector com fonte de energia (bateria, capacitor ou tecnologia similar), com capacidade mínima de 4 horas de exame ou 150 imagens por carga; acabamento em fibra de carbono; realizar conexão com estação de comando por wi-fi; para detectores com bateria externa, deverá acompanhar, além da bateria integrante, 03 (três) unidades de bateria extra por detector e 01 (um) carregador da fonte de energia (bateria, capacitor ou similar) do detector deve ser parte integrante do conjunto. Independente da fonte de energia utilizada, deverá ser apresentada vida útil de pelo menos 3 anos. * Estação de Aquisição: Monitor LCD de no mínimo 21 polegadas e sensível ao toque; Configuração mínima: processador Core i3 (ou similar), 500GB de armazenamento Hard Disk e 4GB de memória RAM ou superior; Inserção de dadosdo paciente de forma manual ou utilizando protocolo DICOM Worklist; Permitir a gravação de imagens em CD/DVD; Ferramentas de processamento das imagens adquiridas com seguintes recursos: Configuração dos protocolos de aquisição e processamento manual ou automático por diferentes regiões anatômicas; Ajuste de contraste e brilho independentemente; Rotação e inversão; Recorte da imagem; Inserção de textos pelo usuário; Magnificação da imagem paravisualização; Impressão de no mínimo 4 imagens por película; Pacote de conectividade DICOM 3.0: Storage; Print; Modality Worklist. Nobreak compatível com o sistema digital. * Observação: As especificações técnicas são as mínimas necessárias, equipamentos com capacidades superiores também serão aceitos. Caso haja a necessidade de autotransformador de Tensão de 220 Volts /380 Volts para o equipamento de RX, o mesmo deverá ser fornecido pela empresa vencedora. Todas as características técnicas relacionadas ao equipamento estão de acordo com a Resolução RDC Nº 611, de 9/3/2022, e Instrução Normativa Nº 90, de 27/05/2021. Sistema digital registro único na ANVISA para equipamento de raios X e detector que devem ser do mesmo fabricante. Ter assistência técnica comprovada em território nacional. Certificação ANATEL para o detector. * Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de RX. Incluso montagem e instalação.</p>
Unidade	<p align="center">2</p> <p>Aparelho de Raio-X móvel digital. Descrição: sistema de gerador de raios-x de alta frequência e sistema digital. Gerador de alta tensão com tecnologia em alta frequência de 4kW ou 8kW; alimentação 110/220V monofásico 50/60hZ; faixa de mA de 10 a 100mA; faixa de mAs de 0,1 a 250mAs; faixa de kV de 40 a 125kv de 1kV em 1kV; tempo de exposição de 0,001 a 10s. Mesa de comando touchscreen integrada ao equipamento; seleção de mA, kV, mAs, tempo, ponto focal; técnicas pré-programadas. Tubo de raio-x de alta performace; foco duplo de 0,5 a 2,8mm. Detector Digital WIFI 35x43cm; matriz de aquisição 3500 (H) x 4300 (V) – 15MP; comunicação DICOM 3.0; distribuição de imagens através de Sistema de arquivamento e compartilhamento de imagens e sistema de informação de radiologia; exportação de imagens DICOM ou JPGE. Colimador manual luminoso com luz de Led; temporizador de 30 a 60 segundos para desligamento automático. Inclusa maleta para transporte. Sistema digital com</p>



		registro na ANVISA. Garantia mínima 12 meses. Incluso montagem e instalação.
Unidade	10	Painel elétrico e gases. Descrição: régua horizontal, material em alumínio extrudado, pintura eletrostática na cor branca, material resistente e de fácil higienização, sistema basculante para manutenção, componentes elétricos ou eletrônicos com isoladores evitando problemas de condutividade elétrica, interruptores para luz no teto, luminárias direta e indireta, sistema de chamada enfermagem, suporte de soro e suporte de bomba de infusão. Composto por 03 pontos de Oxigênio, 1 ponto de Ar Comprimido, 1 ponto de Vácuo, 4 tomadas 127V, 2 tomadas 220V, 1 tomada de rede. Incluso instalação e montagem.
Unidade	22	Painel elétrico e gases. Descrição: régua horizontal, material em alumínio extrudado, pintura eletrostática na cor branca, material resistente e de fácil higienização, sistema basculante para manutenção, componentes elétricos ou eletrônicos com isoladores evitando problemas de condutividade elétrica, interruptores para luz no teto, luminárias direta e indireta, sistema de chamada enfermagem, suporte de soro e suporte de bomba de infusão. Composto por 02 pontos de Oxigênio, 1 ponto de Ar Comprimido, 1 ponto de Vácuo, 3 tomadas 127V, 2 tomadas 220V, 1 tomada de rede. Incluso instalação e montagem.
Unidade	22	Canopla de oxigênio. Descrição: posto parede de oxigênio para tubulação interna ou externa, material poliestireno de alto impacto, tarugo em latão, niple em latão cromado, pino de Impacto. Dimensões aproximadas: 36mm alt. x 97mm larg, x 111mm. Pressão máxima de trabalho: 8,0Kgf/cm <sup>2</sup> . Com adaptador para conexão rede canalizada de gás com tubulação externa ou interna. Incluso montagem e instalação.
Unidade	1	Canopla de ar comprimido. Descrição: posto parede de ar comprimido para tubulação interna ou externa, material poliestireno de alto impacto, tarugo em latão, niple em latão cromado, pino de impacto. Dimensões aproximadas: 36mm alt. x 97mm larg, x 111mm. Pressão máxima de trabalho: 8,0Kgf/cm <sup>2</sup> . Com adaptador para conexão rede canalizada de gás com tubulação externa ou interna. Incluso montagem e instalação.
Unidade	2	Aparelho de Raio-X odontológico móvel digital. Descrição: Baixo nível de chumbo Material extremamente leve com alto grau de isolamento da radiação. Controle remoto digital, ergonômico e com cabo removível de 5 metros. Permite o controle de todas as funções do aparelho 21 intervalos de tempo de exposição padronizados. Permite exposições centesimais a partir de 0,06 segundos. Cabeçote com rotação de 300° e indicação na parte traseira e dianteira. Proteção térmica: evita o superaquecimento do cabeçote aumentando a vida útil. Câmara de compensação no cabeçote: mantém a pressão interna estável. Ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem distorção. Caixa de comando com suporte de fixação do controle. Braços em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal. Cabo de alimentação removível, de fácil substituição. Tensão da ampola 70 Kv. Corrente da Ampola 7mA. Faixa selecionável de tempo de irradiação 0,06 a 3,2s. Potência 1330 VA. Potência em stand by 15VA. Bivolt. Produto com certificado INMETRO. Sistema digital com registro na ANVISA. Garantia mínima 12 meses. Incluso montagem e instalação.
Unidade	8	Eletrocardiógrafo, equipamento portátil, possuir 3 canais e 12 derivações, bateria interna, recarregável, com autonomia de 2 horas.



Unidade	20	Seladora automática contínua para papel grau cirúrgico. Descrição: seladora específica para rolos de papel grau-cirúrgico, temperatura de selagem programável digital 0° a 300°C, espessura de selagem de aproximada 10mm, selagem rápida e eficiente, velocidade de selagem aproximada de 10 metros por minuto, arraste da embalagem por correias sincronizadas, comando de aquecimento e acionamento do motor independentes, tensão 200V 50/60Hz, potência mínima 280watts, estrutura em chapa pintada eletrostática. Medidas aproximadas 380x280x180mm. Peso aproximado 14kg. Garantia mínima 3 meses.
Unidade	11	Balança Antropométrica Adulto. Descrição: modo de operação digital, capacidade 200kg, dimensões aproximadas da plataforma 40x40cm. Display de led vermelho com 6 dígitos, plataforma em chapa de aço carbono, coluna em tubo de aço carbono, visor com painel em policarbonato de alta resistência, piso antiderrapantes em borracha sintética, régua antropométrica instalado na coluna da balança retrátil em alumínio, cabeçote da régua em plástico ABS. Produto com registro no INMETRO. Garantia mínima de 1 ano.
Unidade	6	Balança Antropométrica Infantil. Descrição: modo de operação digital, capacidade 15kg, concha anatômica em polipropileno, medidas aproximadas da concha 540x290mm injetada em material anti-germes, faixa de medição antropométrica na concha de 54cm, gabinete em plástico ABS, display de LED com 6 dígitos, estrutura interna em aço carbono com cobertura plástica, pés reguláveis em borracha sintética. Produto com registro no INMETRO. Garantia 1 ano.
Unidade	6	Aspirador de secreção portátil. Descrição: motor monofásico com capacitor permanente 1/5Hp, rotações: 1.750 RPM, consumo de energia baixo aproximadamente 341 W, bivolt, fluxo 34 litros de ar por minuto livre, vácuo máximo 25 polegadas de mercúrio Hg, vacuômetro, regulador digital, frasco coletor com capacidade de 3,5 litros, tampa do frasco com válvula de segurança contra transbordamento do frasco.

## **2. JUSTIFICATIVA:**

**2.1.** Tal aquisição se faz necessária para uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA e nas unidades de Saúde deste município, visando a estruturação e a melhoria no atendimento aos pacientes.

## **3. PRAZO DE ENTREGA:**

**3.1.** O prazo de entrega dos itens é de 30 (trinta) dias contados, a partir da solicitação por ORDEM DE ENTREGA em remessa única ou parcelada, no seguinte endereço: Rua Pedro de Oliveira nº 106, Vila Sul-Americana, CEP 06397 – 085 (Almoxarifado da Saúde);

**3.2.** O prazo de instalação é de até 40 (quarenta) dias contados;

**3.3.** No caso de descumprimento das obrigações assumidas no fornecimento dos bens por parte do fornecedor, a empresa estará sujeita a aviso de atraso na entrega, notificação, e demais sanções previstas na lei de licitações (14.133/21);

**3.4.** Resguardados os direitos de ampla de defesa e contraditório, a empresa deverá apresentar documentalmente, caso haja justificativa, os motivos que cerceiam o não fornecimento ou mora na entrega no e-mail: [saudesuprimento@carapicuiiba.sp.gov.br](mailto:saudesuprimento@carapicuiiba.sp.gov.br); no prazo de até 72 horas.

## **4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:**

**4.1.** Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta e caso não acompanhar nota fiscal no ato da entrega.

**4.2.** Somente serão aceitas, as quantidades solicitadas na ordem de entrega.

## **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**5.1.** Efetuar a entrega do material em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste termo, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo, item, procedência e prazo de garantia ou validade.

**5.2.** Apresentar o registro da ANVISA para os equipamentos de saúde.

## **6. PRAZO DE PAGAMENTO:**

**6.1.** O prazo de pagamento é de 30 dias após a validação da nota fiscal.

## **7. PRAZO DE CONTRATAÇÃO**

**7.1.** A vigência da contratação será de 12 (doze) meses.

**ANEXO II**  
**QUANTITATIVO E ORÇAMENTO ESTIMADO**

**1. ORÇAMENTO ESTIMADO.**

<b>ITEM 01</b>				
<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
Unidade	30	Monitor Multiparâmetros de sinais vitais, descrição: monitoramento adulto, infantil e neonatal; Tela TFT LCD mínimo de 15" colorida HD, comunicação bidirecional com Central de Monitoramento; suporte para maca /transporte, Wireless, conexão USB, tendências de armazenamento até 120 horas, alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, índice de perfusão; 3 níveis de alarme: baixo, médio e alta prioridade com indicação audiovisual, mensagem de todos os tipos de alarme, três tipos: fisiológico, técnico e geral; autonomia de bateria de aproximadamente 21 horas. Alça retrátil para transporte manual e fixação em macas/barras. Parâmetros: ECG3/5 vias, SpO2, Respiração, Pressão Não Invasiva – PNI, 2 canais de leitura de temperatura. Entrada para módulo de balança hídrica. Garantia mínima 12 meses	R\$19.169,33	R\$ 575.079,90
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 01: R\$ 575.079,90</b>				
<b>(Quinhentos e setenta e cinco mil setenta e nove reais e noventa centavos).</b>				

<b>ITEM 02</b>				
<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
Unidade	4	<p>Cardioversor Bifásico, ECG e Desfibrilador. Descrição adicional: equipamento eletrônico leve e portátil, desenvolvido e projetado para processos de monitorização e ressuscitação, onde estímulos elétricos serão aplicados ao coração, caso haja indicação de cardioversão e/ou desfibrilação; energia bifásica entregue de até 360 Joules; bateria interna permite mais de 100 choques; interface em português; alarmes de monitoração; comandos intuitivos baseados no padrão 1, 2, 3; pás integradas adulto/infantil; dimensões aproximadas com pás 30x21,5x28cm (LxPxA). Elétrico: AC 100 a 265 VAC, 50/60 Hz, DC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível, duração bateria com carga plena 3 horas em modo monitor sem impressora ou no mínimo de 140 choques em 360 joules ou no mínimo de 200 choques em 200 joules; tempo de carga completa aproximadamente 8 horas. Memória: paciente armazenados mínimo 150 pacientes; armazenagem 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico, ECG gravação de mínimo 2 horas contínuas da curva ECG. Desfibrilador: exponencial truncada bifásica, parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente; aplicação de choque por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação; escala de desfibrilação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules, energia máxima limitada a 50 Joules com pás internas ou infantis. Tempo de carga: rede e bateria 200 joules aproximadamente 4 segundos, 360 Joules aproximadamente 6 segundos. Relógio, Cronômetro (contador de segundos), Data e Contador de Choques. Realiza auto teste diagnóstico ao ser ligado. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga. Tela display de LCD 7" touchscreen. Incluso: pás adulto e infantil externas e internas, multifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação. Adaptável a qualquer paciente possui sistema de segurança inteligente, que limita a carga para uso interno, pediátrico/neonatal. Garantia mínima 12 meses.</p>	R\$37.567,67	R\$ 150.270,68
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 02: R\$ 150.270,68</b>				
<b>(Cento e cinquenta mil duzentos e setenta reais e sessenta e oito centavos).</b>				

<b>ITEM 03</b>				
<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
Unidade	12	Ventilador Pulmonar para UTI. Descrição adicional: O ventilador deverá possuir três modos de operação sito "PCV (ventilação com controle de pressão); VCV (ventilação com controle de volume) e PSV (ventilação com suporte pressórico". Configuração dos dados do paciente para cálculo automático do peso predito para ajudar nas calibrações. Tela de mínimo 15 polegadas touchscreen, com interface intuitiva. Para pacientes: adulto e pediátrico. Autonomia da bateria mínima de 120 minutos. Válvula expiratória autoclave. Válvula de exalação ativa com design anticondensação. Tecnologia avançada de solenóide proporcional possibilitando o controle preciso de ventilação. Mecanismo multisegurança e alarme de três prioridades de visual e áudio para diferentes riscos. Pegas de proteção e de segurança para transporte. Rodas com melhor absorção de impacto. Bivolt. Incluso acessórios: mangueiras, tubos, filtros, conectores, reservatório separador de água, conjunto para o paciente. Garantia mínima 12 meses. Produto deve possuir registro na ANVISA.	R\$ 57.012,63	R\$ 684.151,56
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 03: R\$ 684.151,56</b>				
<b>(Seiscentos e oitenta e quatro mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).</b>				

<b>ITEM 04</b>				
<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
Unidade	8	Eletrocardiógrafo, equipamento portátil, possuir 3 canais e 12 derivações, bateria interna, recarregável, com autonomia de 2 horas.	R\$ 14.736,00	R\$ 117.888,00
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 04: R\$ 117.888,00</b>				
<b>(Cento e dezessete mil oitocentos e oitenta e oito reais).</b>				

<b>ITEM 05</b>				
<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
Unidade	6	Aspirador de secreção portátil. Descrição: motor monofásico com capacitor permanente 1/5Hp, rotações: 1.750 RPM, consumo de energia baixo aproximadamente 341 W, bivolt, fluxo 34 litros de ar por minuto livre, vácuo máximo 25 polegadas de mercúrio Hg, vacuômetro, regulador digital, frasco coletor com capacidade de 3,5 litros, tampa do frasco com válvula de segurança contra transbordamento do frasco.	R\$ 5.014,33	R\$ 30.085,98
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 05: R\$ 30.085,98</b>				
<b>(Trinta mil oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos).</b>				

<b>ITEM 06</b>				
<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
Unidade	1	Ultrassom diagnóstico sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, vascular, de mama, pequenas partes, músculo esquelético. Descrição: Acompanha Unidade básica e 3 transdutores: Transdutor Linear, Transdutor Convexo e Transdutor Endocavitário. Monitor com mínimo de 17" de alta definição. O sistema deve oferecer qualidade de imagem, velocidade de processamento e praticidade operacional. Imagem em 2D, Modo B, Modo M, Modo de fluxo M-Color, Doppler colorido, Doppler DP, Doppler de potência bidirecional, Doppler CW dirigível, Imagem Doppler Tecidual, Imagem trapezoidal, Imagem Panorâmica, Modo Triplex, Dupla ao vivo (dividido), 3D/4D De Alta Resolução, Imagem Harmônica, Imagem Harmônica de pulso invertido, MR Dinâmica, Inversão de pulso de energia, Alta Resolução (1280x1024), Pós-medição, Pós-Processamento, Função de Ponteiro, Imagem Quadrante, Braço do monitor de articulação, Painel de controle de giro, carrinho com 4 rodas giratórias. Permitir arquivar/revisar imagens; frame – rate extremamente elevado; todos os tradutores multifrequência, banda larga; DVD-RW integrado e SSD mínimo 512GB; HDD de no mínimo 250GB; mínimo de 8 portas. Garantia mínima 12 meses. Incluso montagem e instalação.	R\$137.666,67	R\$137.666,67
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 06: R\$ 137.666,67</b>				
<b>(Cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).</b>				



<b>ITEM 07</b>				
Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	1	<p><b>APARELHO DE RX DIGITAL COM 01 DETECTOR (64KW/150KV)</b> Especificações: Gerador de raios X: Equipamento radiodiagnóstico fixo microprocessado de 800 mA ou maior com indicação de erros e nível de kV, mA e mAs, Programa anatômico de órgãos com no mínimo 200 técnicas pré-programadas. O equipamento deve possuir controle automático de exposição (AEC) e indicação de dose no paciente (DAP), conforme norma IEC. Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência de 64 kW ou maior; Seleção de 40 a 150 kV; Faixa de mAs de 0,1 a 800 ou maior; Tempo de exposição de 5 ms ou menor até 5 segundos, conforme RDC 611; Gerador obrigatoriamente instalado debaixo da mesa; Possuir display LCD multicolorido para seleção e indicação dos parâmetros radiológicos. Proteção térmica do tubo de raios X. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Deve ser fornecido quadro de força específico para o equipamento licitado. As características de funcionamento do gerador de RX devem estar disponíveis no comando de operação, permitindo a seleção dos parâmetros de exposição da maneira mencionada acima. * Bucky mural: Deslocamento vertical de 100 cm ou maior; Com grade antidifusora fixa de pelo menos 40 lp/cm; Bucky com grade fixa; Freios eletromagnéticos ou mecânicos; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky; Foco variável de 100 a 180 cm. * Mesa com tampo flutuante: Movimento transversal e longitudinal; Bucky com grade fixa; Capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Com grade antidifusora fixa de pelo menos 40 lp/cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos do tampo; Dimensões do tampo (C x L) de no mínimo 200 cm x 80 cm; Foco variável de 100 a 180 cm. * Estativa porta tubo: Tipo chão-chão; Movimento vertical de 140 cm ou maior; Movimento longitudinal de pelo menos 260cm; Freios eletromagnéticos; Rotação do braço porta tubo ± 90°. * Tubo de raios X: Com indicação em proposta; Foco fino de no máximo 0,6 mm; Foco grosso de no máximo 1,2 mm; Rotação do anodo de no mínimo 9000 rpm; Capacidade de resfriamento mínimo de 300 KHU. * Detector: 01 (uma) unidade de detector sem fio, com cintilador de iodeto de cério (CsI) e dimensões de no mínimo 35 x 43 cm; peso máximo: 2,8 kg (com fonte de energia); tamanho do pixel de dimensionamento fixo na ordem de 125 µm (mícrons) ou menor; profundidade da imagem de 16 bits; capacidade de suportar 300 kg distribuídos sobre a</p>	R\$ 545.312,50	R\$ 545.312,50

superfície do detector; ser resistente a impactos e quedas; proteção certificada IP56 (ou superior); detector com fonte de energia (bateria, capacitor ou tecnologia similar), com capacidade mínima de 4 horas de exame ou 150 imagens por carga; acabamento em fibra de carbono; realizar conexão com estação de comando por wi-fi; para detectores com bateria externa, deverá acompanhar, além da bateria integrante, 03 (três) unidades de bateria extra por detector e 01 (um) carregador da fonte de energia (bateria, capacitor ou similar) do detector deve ser parte integrante do conjunto. Independente da fonte de energia utilizada, deverá ser apresentada vida útil de pelo menos 3 anos. \* Estação de Aquisição: Monitor LCD de no mínimo 21 polegadas e sensível ao toque; Configuração mínima: processador Core i3 (ou similar), 500GB de armazenamento Hard Disk e 4GB de memória RAM ou superior; Inserção de dados do paciente de forma manual ou utilizando protocolo DICOM Worklist; Permitir a gravação de imagens em CD/DVD; Ferramentas de processamento das imagens adquiridas com seguintes recursos: Configuração dos protocolos de aquisição e processamento manual ou automático por diferentes regiões anatômicas; Ajuste de contraste e brilho independentemente; Rotação e inversão; Recorte da imagem; Inserção de textos pelo usuário; Magnificação da imagem paravisualização; Impressão de no mínimo 4 imagens por película; Pacote de conectividade DICOM 3.0: Storage; Print; Modality Worklist. Nobreak compatível com o sistema digital. \* Observação: As especificações técnicas são as mínimas necessárias, equipamentos com capacidades superiores também serão aceitos. Caso haja a necessidade de autotransformador de Tensão de 220 Volts /380 Volts para o equipamento de RX, o mesmo deverá ser fornecido pela empresa vencedora. Todas as características técnicas relacionadas ao equipamento estão de acordo com a Resolução RDC Nº 611, de 9/3/2022, e Instrução Normativa Nº 90, de 27/05/2021. Sistema digital registro único na ANVISA para equipamento de raios X e detector que devem ser do mesmo fabricante. Ter assistência técnica comprovada em território nacional. Certificação ANATEL para o detector. \* Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de RX. Incluso montagem e instalação.

**VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 07: R\$ 545.312,50**

**(Quinhentos e quarenta e cinco mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos).**

<b>ITEM 08</b>				
Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	2	Aparelho de Raio-X móvel digital. Descrição: sistema de gerador de raios-x de alta frequência e sistema digital. Gerador de alta tensão com tecnologia em alta frequência de 4kW ou 8kW; alimentação 110/220V monofásico 50/60Hz; faixa de mA de 10 a 100mA; faixa de mAs de 0,1 a 250mAs; faixa de kV de 40 a 125kv de 1kV em 1kV; tempo de exposição de 0,001 a 10s. Mesa de comando touchscreen integrada ao equipamento; seleção de mA, kV, mAs, tempo, ponto focal; técnicas pré-programadas. Tubo de raio-x de alta performance; foco duplo de 0,5 a 2,8mm. Detector Digital WIFI 35x43cm; matriz de aquisição 3500 (H) x 4300 (V) – 15MP; comunicação DICOM 3.0; distribuição de imagens através de Sistema de arquivamento e compartilhamento de imagens e sistema de informação de radiologia; exportação de imagens DICOM ou JPGE. Colimador manual luminoso com luz de Led; temporizador de 30 a 60 segundos para desligamento automático. Inclusa maleta para transporte. Sistema digital com registro na ANVISA. Garantia mínima 12 meses. Incluso montagem e instalação.	R\$ 479.615,00	R\$ 959.230,00
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 08: R\$ 959.230,00</b>				
<b>(Novecentos e cinquenta e nove mil duzentos e trinta reais).</b>				

<b>ITEM 09</b>				
Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	2	Aparelho de Raio-X odontológico móvel digital. Descrição: Baixo nível de chumbo Material extremamente leve com alto grau de isolação da radiação. Controle remoto digital, ergonômico e com cabo removível de 5 metros. Permite o controle de todas as funções do aparelho 21 intervalos de tempo de exposição padronizados. Permite exposições centesimais a partir de 0,06 segundos. Cabeçote com rotação de 300° e indicação na parte traseira e dianteira. Proteção térmica: evita o superaquecimento do cabeçote aumentando a vida útil. Câmara de compensação no cabeçote: mantém a pressão interna estável. Ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem distorção. Caixa de comando com suporte de fixação do controle. Braços em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal. Cabo de alimentação removível, de fácil substituição. Tensão da ampola 70 Kv. Corrente da Ampola 7mA. Faixa selecionável de tempo de irradiação 0,06 a 3,2s. Potência 1330 VA. Potência em stand by 15VA. Bivolt. Produto com certificado INMETRO. Sistema digital com registro na ANVISA. Garantia mínima 12 meses. Incluso montagem e instalação.	R\$ 22.549,67	R\$ 45.099,34

**VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 09: R\$ 45.099,34**

**(Quarenta e cinco mil noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).**

**ITEM 10**

Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	10	Painel elétrico e gases. Descrição: régua horizontal, material em alumínio extrudado, pintura eletrostática na cor branca, material resistente e de fácil higienização, sistema basculante para manutenção, componentes elétricos ou eletrônicos com isoladores evitando problemas de condutividade elétrica, interruptores para luz no teto, luminárias direta e indireta, sistema de chamada enfermagem, suporte de soro e suporte de bomba de infusão. Composto por 02 pontos de Oxigênio, 1 ponto de Ar Comprimido, 1 ponto de Vácuo, 3 tomadas 127V, 2 tomadas 220V, 1 tomada de rede. Incluso instalação e montagem.	R\$ 3.761,33	R\$ 37.613,30

**VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 10: R\$ 37.613,30**

**(Trinta e sete mil seiscentos e treze reais e trinta centavos).**

**ITEM 11**

Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	22	Painel elétrico e gases. Descrição: régua horizontal, material em alumínio extrudado, pintura eletrostática na cor branca, material resistente e de fácil higienização, sistema basculante para manutenção, componentes elétricos ou eletrônicos com isoladores evitando problemas de condutividade elétrica, interruptores para luz no teto, luminárias direta e indireta, sistema de chamada enfermagem, suporte de soro e suporte de bomba de infusão. Composto por 03 pontos de Oxigênio, 1 ponto de Ar Comprimido, 1 ponto de Vácuo, 4 tomadas 127V, 2 tomadas 220V, 1 tomada de rede. Incluso instalação e montagem.	R\$ 3.591,33	R\$ 79.009,26

**VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 11: R\$ 79.009,26**

**(Setenta e nove mil nove reais e vinte e seis centavos).**

**ITEM 12**

Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	22	Canopla de oxigênio. Descrição: posto parede de oxigênio para tubulação interna ou externa, material poliestireno de alto impacto, tarugo em latão, niple em latão cromado, pino de Impacto. Dimensões aproximadas: 36mm alt. x 97mm larg, x 111mm. Pressão máxima de trabalho: 8,0Kgf/cm <sup>2</sup> . Com adaptador para conexão rede canalizada de gás com tubulação externa ou interna. Incluso montagem e instalação.	R\$ 195,00	R\$ 4.290,00

**Pregão Eletrônico nº 34/2024 - Processo Administrativo nº. 1454/2024**

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5442

Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP | CEP: 06310-030, Brasil

**VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 12: R\$ 4.290,00**  
**(Quatro mil duzentos e noventa reais).**

**ITEM 13**

Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	1	Canopla de ar comprimido. Descrição: posto parede de ar comprimido para tubulação interna ou externa, material poliestireno de alto impacto, tarugo em latão, niple em latão cromado, pino de impacto. Dimensões aproximadas: 36mm alt. x 97mm larg, x 111mm. Pressão máxima de trabalho: 8,0Kgf/cm <sup>2</sup> . Com adaptador para conexão rede canalizada de gás com tubulação externa ou interna. Incluso montagem e instalação.	R\$ 173,17	R\$ 173,17
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 13: R\$ 173,17</b> <b>(Cento e setenta e três reais e dezessete centavos).</b>				

**ITEM 14**

Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	20	Seladora automática contínua para papel grau cirúrgico. Descrição: seladora específica para rolos de papel grau-cirúrgico, temperatura de selagem programável digital 0º a 300ºC, espessura de selagem de aproximada 10mm, selagem rápida e eficiente, velocidade de selagem aproximada de 10 metros por minuto, arraste da embalagem por correias sincronizadas, comando de aquecimento e acionamento do motor independentes, tensão 200V 50/60Hz, potência mínima 280watts, estrutura em chapa pintada eletrostática. Medidas aproximadas 380x280x180mm. Peso aproximado 14kg. Garantia mínima 3 meses.	R\$ 16.056,00	R\$ 321.120,00
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 14: R\$ 321.120,00</b> <b>(Trezentos e vinte e um mil cento e vinte reais).</b>				

<b>ITEM 15</b>				
Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	11	Balança Antropométrica Adulto. Descrição: modo de operação digital, capacidade 200kg, dimensões aproximadas da plataforma 40x40cm. Display de led vermelho com 6 dígitos, plataforma em chapa de aço carbono, coluna em tubo de aço carbono, visor com painel em policarbonato de alta resistência, piso antiderrapantes em borracha sintética, régua antropométrica instalado na coluna da balança retrátil em alumínio, cabeçote da régua em plástico ABS. Produto com registro no INMETRO. Garantia mínima de 1 ano.	R\$ 3.215,33	R\$ 35.368,63
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 15: R\$ 35.368,63</b>				
<b>(Trinta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).</b>				

<b>ITEM 16</b>				
Unid.	Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	6	Balança Antropométrica Infantil. Descrição: modo de operação digital, capacidade 15kg, concha anatômica em polipropileno, medidas aproximadas da concha 540x290mm injetada em material anti-germes, faixa de medição antropométrica na concha de 54cm, gabinete em plástico ABS, display de LED com 6 dígitos, estrutura interna em aço carbono com cobertura plástica, pés reguláveis em borracha sintética. Produto com registro no INMETRO. Garantia 1 ano.	R\$ 2.057,67	R\$ 12.346,02
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM 16: R\$12.346,02</b>				
<b>(Doze mil trezentos e quarenta e seis reais e dois centavos).</b>				

**Valor Estimado da Licitação: 3.734.705,01(Três milhões setecentos e trinta e quatro mil setecentos e cinco reais e um centavo).**

OBS: Os itens 05, 09, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 são destinados a participação exclusiva de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).



**ANEXO III**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONJUNTA**

À

**Prefeitura de Carapicuíba**  
**Pregão Eletrônico nº. 34/2024**  
**Processo nº. 1454/2024**

**Objeto: Registro de preço para aquisição de equipamento para as UPAs e unidades de saúde.**

A empresa ....., inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº ....., por intermédio do seu representante legal, o Sr(a) ..... portador(a) da Carteira de identidade nº ..... e CPF nº .....,

DECLARA,

- a) Estar ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- b) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição e no inciso V, do art. 68, da Lei 14.133, de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;
- c) Cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021;
- d) Não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública de Carapicuíba e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021.
- e) Não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;
- f) Está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital;

- g) É responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico ou presencialmente, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.

Por ser verdade, firma o presente.

....., ..... de ..... de.....XXXX.

\_\_\_\_\_  
Representante legal do licitante

**ANEXO IV**  
**MODELO DE PROPOSTA**

À  
Prefeitura do Município de Carapicuíba  
Pregão Eletrônico nº. 34/2024  
Processo nº. 1454/2024  
Objeto: Registro de preço para aquisição de equipamento para as upas e unidades de saúde.

ITEM 01					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	30	Monitor Multiparâmetros de sinais vitais, descrição: monitoramento adulto, infantil e neonatal; Tela TFT LCD mínimo de 15" colorida HD, comunicação bidirecional com Central de Monitoramento; suporte para maca /transporte, Wireless, conexão USB, tendências de armazenamento até 120 horas, alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, índice de perfusão; 3 níveis de alarme: baixo, médio e alta prioridade com indicação audiovisual, mensagem de todos os tipos de alarme, três tipos: fisiológico, técnico e geral; autonomia de bateria de aproximadamente 21 horas. Alça retrátil para transporte manual e fixação em macas/barras. Parâmetros: ECG3/5 vias, SpO2, Respiração, Pressão Não Invasiva – PNI, 2 canais de leitura de temperatura. Entrada para módulo de balança hídrica. Garantia mínima 12 meses		R\$XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 01: R\$ XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					

ITEM 02					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	4	<p>Cardioversor Bifásico, ECG e Desfibrilador. Descrição adicional: equipamento eletrônico leve e portátil, desenvolvido e projetado para processos de monitorização e ressuscitação, onde estímulos elétricos serão aplicados ao coração, caso haja indicação de cardioversão e/ou desfibrilação; energia bifásica entregue de até 360 Joules; bateria interna permite mais de 100 choques; interface em português; alarmes de monitoração; comandos intuitivos baseados no padrão 1, 2, 3; pás integradas adulto/infantil; dimensões aproximadas com pás 30x21,5x28cm (LxPxA). Elétrico: AC 100 a 265 VAC, 50/60 Hz, DC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível, duração bateria com carga plena 3 horas em modo monitor sem impressora ou no mínimo de 140 choques em 360 joules ou no mínimo de 200 choques em 200 joules; tempo de carga completa aproximadamente 8 horas. Memória: paciente armazenados mínimo 150 pacientes; armazenagem 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico, ECG gravação de mínimo 2 horas contínuas da curva ECG. Desfibrilador: exponencial truncada bifásica, parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente; aplicação de choque por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação; escala de desfibrilação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules, energia máxima limitada a 50 Joules com pás internas ou infantis. Tempo de carga: rede e bateria 200 joules aproximadamente 4 segundos, 360 Joules aproximadamente 6 segundos. Relógio, Cronômetro (contador de segundos), Data e Contador de Choques. Realiza auto teste diagnóstico ao ser ligado. Indica o modo e o valor da carga na tela. Ajuste automático de carga. Tela display de LCD 7" touchscreen. Incluso: pás adulto e infantil externas e internas, multifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação. Adaptável a qualquer paciente possui sistema de segurança inteligente, que limita a carga para uso interno, pediátrico/neonatal. Garantia mínima 12 meses.</p>		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX

<b>VALOR TOTAL DO ITEM 02: R\$ R\$ XX,XX</b>
<b>(Valor por Extenso).</b>

<b>ITEM 03</b>					
<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca e Fabricante</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
Unidade	12	Ventilador Pulmonar para UTI. Descrição adicional: O ventilador deverá possuir três modos de operação sito “PCV (ventilação com controle de pressão); VCV (ventilação com controle de volume) e PSV (ventilação com suporte pressórico”. Configuração dos dados do paciente para cálculo automático do peso predito para ajudar nas calibrações. Tela de mínimo 15 polegadas touchscreen, com interface intuitiva. Para pacientes: adulto e pediátrico. Autonomia da bateria mínima de 120 minutos. Válvula expiratória autoclave. Válvula de exalação ativa com design anticondensação. Tecnologia avançada de solenóide proporcional possibilitando o controle preciso de ventilação. Mecanismo multisegurança e alarme de três prioridades de visual e áudio para diferentes riscos. Pegas de proteção e de segurança para transporte. Rodas com melhor absorção de impacto. Bivolt. Incluso acessórios: mangueiras, tubos, filtros, conectores, reservatório separador de água, conjunto para o paciente. Garantia mínima 12 meses. Produto deve possuir registro na ANVISA.		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 03: R\$ XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					

<b>ITEM 04</b>					
<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca e Fabricante</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
Unidade	8	Eletrocardiógrafo, equipamento portátil, possuir 3 canais e 12 derivações, bateria interna, recarregável, com autonomia de 2 horas.		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 04: R\$ R\$ XX,XX</b>					
<b>( Valor por Extenso ).</b>					

<b>ITEM 05</b>					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	6	Aspirador de secreção portátil. Descrição: motor monofásico com capacitor permanente 1/5Hp, rotações: 1.750 RPM, consumo de energia baixo aproximadamente 341 W, bivolt, fluxo 34 litros de ar por minuto livre, vácuo máximo 25 polegadas de mercúrio Hg, vacuômetro, regulador digital, frasco coletor com capacidade de 3,5 litros, tampa do frasco com válvula de segurança contra transbordamento do frasco.		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 05: R\$ XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					

<b>ITEM 06</b>					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	1	Ultrassom diagnóstico sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, vascular, de mama, pequenas partes, músculo esquelético. Descrição: Acompanha Unidade básica e 3 transdutores: Transdutor Linear, Transdutor Convexo e Transdutor Endocavitário. Monitor com mínimo de 17" de alta definição. O sistema deve oferecer qualidade de imagem, velocidade de processamento e praticidade operacional. Imagem em 2D, Modo B, Modo M, Modo de fluxo M-Color, Doppler colorido, Doppler DP, Doppler de potência bidirecional, Doppler CW dirigível, Imagem Doppler Tecidual, Imagem trapezoidal, Imagem Panorâmica, Modo Triplex, Dupla ao vivo (dividido), 3D/4D De Alta Resolução, Imagem Harmônica, Imagem Harmônica de pulso invertido, MR Dinâmica, Inversão de pulso de energia, Alta Resolução (1280x1024), Pós-medição, Pós-Processamento, Função de Ponteiro, Imagem Quadrante, Braço do monitor de articulação, Painel de controle de giro, carrinho com 4 rodas giratórias. Permitir arquivar/revisar imagens; frame – rate extremamente elevado; todos os tradutores multifrequência, banda larga; DVD-RW integrado e SSD mínimo 512GB; HDD de no mínimo 250GB; mínimo de 8 portas.		R\$XX,XX	R\$ XX,XX

**Pregão Eletrônico nº 34/2024 - Processo Administrativo nº. 1454/2024**

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5442  
Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP | CEP: 06310-030, Brasil



	Garantia mínima 12 meses. Incluso montagem e instalação.			
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 06: R\$ XX,XX</b>				
<b>(Valor por Extenso).</b>				

<b>ITEM 07</b>					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	1	<p>APARELHO DE RX DIGITAL COM 01 DETECTOR (64KW/150KV)</p> <p>Especificações: Gerador de raios X: Equipamento radiodiagnóstico fixo microprocessado de 800 mA ou maior com indicação de erros e nível de kV, mA e mAs, Programa anatômico de órgãos com no mínimo 200 técnicas pré-programadas. O equipamento deve possuir controle automático de exposição (AEC) e indicação de dose no paciente (DAP), conforme norma IEC. Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência de 64 kW ou maior; Seleção de 40 a 150 kV; Faixa de mAs de 0,1 a 800 ou maior; Tempo de exposição de 5 ms ou menor até 5 segundos, conforme RDC 611; Gerador obrigatoriamente instalado debaixo da mesa; Possuir display LCD multicolorido para seleção e indicação dos parâmetros radiológicos. Proteção térmica do tubo de raios X. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Deve ser fornecido quadro de força específico para o equipamento licitado. As características de funcionamento do gerador de RX devem estar disponíveis no comando de operação, permitindo a seleção dos parâmetros de exposição da maneira mencionada acima. * Bucky mural: Deslocamento vertical de 100 cm ou maior; Com grade antidifusora fixa de pelo menos 40 lp/cm; Bucky com grade fixa; Freios eletromagnéticos ou mecânicos; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky; Foco variável de 100 a 180 cm. * Mesa com tampo flutuante: Movimento transversal e longitudinal; Bucky com grade fixa; Capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Com grade antidifusora fixa de pelo menos 40 lp/cm; Freios eletromagnéticos para os movimentos do tampo; Dimensões do tampo (C x L) de no</p>		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX

	<p>mínimo 200 cm x 80 cm; Foco variável de 100 a 180 cm. * Estativa porta tubo: Tipo chão-chão; Movimento vertical de 140 cm ou maior; Movimento longitudinal de pelo menos 260cm; Freios eletromagnéticos; Rotação do braço porta tubo <math>\pm 90^\circ</math>. * Tubo de raios X: Com indicação em proposta; Foco fino de no máximo 0,6 mm; Foco grosso de no máximo 1,2 mm; Rotação do anodo de no mínimo 9000 rpm; Capacidade de resfriamento mínimo de 300 KHU. * Detector: 01 (uma) unidade de detector sem fio, com cintilador de iodeto de cézio (CsI) e dimensões de no mínimo 35 x 43 cm; peso máximo: 2,8 kg (com fonte de energia); tamanho do pixel de dimensionamento fixo na ordem de 125 <math>\mu\text{m}</math> (mícrons) ou menor; profundidade da imagem de 16 bits; capacidade de suportar 300 kg distribuídos sobre a superfície do detector; ser resistente a impactos e quedas; proteção certificada IP56 (ou superior); detector com fonte de energia (bateria, capacitor ou tecnologia similar), com capacidade mínima de 4 horas de exame ou 150 imagens por carga; acabamento em fibra de carbono; realizar conexão com estação de comando por wi-fi; para detectores com bateria externa, deverá acompanhar, além da bateria integrante, 03 (três) unidades de bateria extra por detector e 01 (um) carregador da fonte de energia (bateria, capacitor ou similar) do detector deve ser parte integrante do conjunto. Independente da fonte de energia utilizada, deverá ser apresentada vida útil de pelo menos 3 anos. * Estação de Aquisição: Monitor LCD de no mínimo 21 polegadas e sensível ao toque; Configuração mínima: processador Core i3 (ou similar), 500GB de armazenamento Hard Disk e 4GB de memória RAM ou superior; Inserção de dados do paciente de forma manual ou utilizando protocolo DICOM Worklist; Permitir a gravação de imagens em CD/DVD; Ferramentas de processamento das imagens adquiridas com seguintes recursos: Configuração dos protocolos de aquisição e processamento manual ou automático por diferentes regiões anatômicas; Ajuste de contraste e brilho independentemente; Rotação e inversão; Recorte da imagem; Inserção de textos pelo usuário; Magnificação da imagem paravisualização; Impressão de no</p>			
--	--	--	--	--

**Pregão Eletrônico nº 34/2024 - Processo Administrativo nº. 1454/2024**

	<p>mínimo 4 imagens por película; Pacote de conectividade DICOM 3.0: Storage; Print; Modality Worklist. Nobreak compatível com o sistema digital. * Observação: As especificações técnicas são as mínimas necessárias, equipamentos com capacidades superiores também serão aceitos. Caso haja a necessidade de autotransformador de Tensão de 220 Volts /380 Volts para o equipamento de RX, o mesmo deverá ser fornecido pela empresa vencedora. Todas as características técnicas relacionadas ao equipamento estão de acordo com a Resolução RDC Nº 611, de 9/3/2022, e Instrução Normativa Nº 90, de 27/05/2021. Sistema digital registro único na ANVISA para equipamento de raios X e detector que devem ser do mesmo fabricante. Ter assistência técnica comprovada em território nacional. Certificação ANATEL para o detector. * Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de RX. Incluso montagem e instalação.</p>			
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 07: R\$ XX,XX</b>				
<b>(Valor por Extenso).</b>				

<b>ITEM 08</b>					
<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Descrição</b>		<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
Unidade	2	<p>Aparelho de Raio-X móvel digital. Descrição: sistema de gerador de raios-x de alta frequência e sistema digital. Gerador de alta tensão com tecnologia em alta frequência de 4kW ou 8kW; alimentação 110/220V monofásico 50/60hZ; faixa de mA de 10 a 100mA; faixa de mAs de 0,1 a 250mAs; faixa de kV de 40 a 125kv de 1kV em 1kV; tempo de exposição de 0,001 a 10s. Mesa de comando touchscreen integrada ao equipamento; seleção de mA, kV, mAs, tempo, ponto focal; técnicas pré-programadas. Tubo de raio-x de alta performance; foco duplo de 0,5 a 2,8mm. Detector Digital WIFI 35x43cm; matriz de aquisição 3500 (H) x 4300 (V) – 15MP; comunicação DICOM 3.0; distribuição de imagens através de Sistema de arquivamento e compartilhamento de imagens e sistema de informação de radiologia; exportação de imagens DICOM ou JPGE. Colimador manual luminoso com luz de Led; temporizador de 30 a 60</p>		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX

**Pregão Eletrônico nº 34/2024 - Processo Administrativo nº. 1454/2024**

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5442  
Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP | CEP: 06310-030, Brasil

		segundos para desligamento automático. Inclusa maleta para transporte. Sistema digital com registro na ANVISA. Garantia mínima 12 meses. Incluso montagem e instalação.			
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 08: R\$ XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					

<b>ITEM 09</b>					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	2	Aparelho de Raio-X odontológico móvel digital. Descrição: Baixo nível de chumbo Material extremamente leve com alto grau de isolamento da radiação. Controle remoto digital, ergonômico e com cabo removível de 5 metros. Permite o controle de todas as funções do aparelho 21 intervalos de tempo de exposição padronizados. Permite exposições centesimais a partir de 0,06 segundos. Cabeçote com rotação de 300° e indicação na parte traseira e dianteira. Proteção térmica: evita o superaquecimento do cabeçote aumentando a vida útil. Câmara de compensação no cabeçote: mantém a pressão interna estável. Ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem distorção. Caixa de comando com suporte de fixação do controle. Braços em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal. Cabo de alimentação removível, de fácil substituição. Tensão da ampola 70 Kv. Corrente da Ampola 7mA. Faixa selecionável de tempo de irradiação 0,06 a 3,2s. Potência 1330 VA. Potência em stand by 15VA. Bivolt. Produto com certificado INMETRO. Sistema digital com registro na ANVISA. Garantia mínima 12 meses. Incluso montagem e instalação.		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 09: R\$ XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					

<b>ITEM 10</b>					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	10	Painel elétrico e gases. Descrição: régua horizontal, material em alumínio extrudado, pintura eletrostática na cor branca, material resistente e de fácil higienização, sistema basculante para manutenção, componentes elétricos ou eletrônicos com isoladores evitando problemas de condutividade elétrica, interruptores para luz no teto, luminárias direta e indireta, sistema de chamada enfermagem, suporte de soro e suporte de bomba de infusão. Composto por 02 pontos de Oxigênio, 1 ponto de Ar Comprimido, 1 ponto de Vácuo, 3 tomadas 127V, 2 tomadas 220V, 1 tomada de rede. Incluso instalação e montagem.		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 10: R\$ XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					

<b>ITEM 11</b>					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	22	Painel elétrico e gases. Descrição: régua horizontal, material em alumínio extrudado, pintura eletrostática na cor branca, material resistente e de fácil higienização, sistema basculante para manutenção, componentes elétricos ou eletrônicos com isoladores evitando problemas de condutividade elétrica, interruptores para luz no teto, luminárias direta e indireta, sistema de chamada enfermagem, suporte de soro e suporte de bomba de infusão. Composto por 03 pontos de Oxigênio, 1 ponto de Ar Comprimido, 1 ponto de Vácuo, 4 tomadas 127V, 2 tomadas 220V, 1 tomada de rede. Incluso instalação e montagem.		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 11: R\$ XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					

<b>ITEM 12</b>					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	22	Canopla de oxigênio. Descrição: posto parede de oxigênio para tubulação interna ou externa, material poliestireno de alto impacto, tarugo em latão, niple em latão cromado, pino de Impacto. Dimensões aproximadas: 36mm alt. x 97mm larg, x 111mm. Pressão máxima de trabalho: 8,0Kgf/cm <sup>2</sup> . Com adaptador para conexão rede canalizada de gás com tubulação externa ou interna. Incluso montagem e instalação.		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 12: R\$ R\$ XX,XX</b>					
<b>(Quatro mil duzentos e noventa reais).</b>					

<b>ITEM 13</b>					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	1	Canopla de ar comprimido. Descrição: posto parede de ar comprimido para tubulação interna ou externa, material poliestireno de alto impacto, tarugo em latão, niple em latão cromado, pino de impacto. Dimensões aproximadas: 36mm alt. x 97mm larg, x 111mm. Pressão máxima de trabalho: 8,0Kgf/cm <sup>2</sup> . Com adaptador para conexão rede canalizada de gás com tubulação externa ou interna. Incluso montagem e instalação.		R\$ 173,17	R\$ 173,17
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 13: R\$XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					



<b>ITEM 14</b>					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	20	Seladora automática contínua para papel grau cirúrgico. Descrição: seladora específica para rolos de papel grau-cirúrgico, temperatura de selagem programável digital 0° a 300°C, espessura de selagem de aproximada 10mm, selagem rápida e eficiente, velocidade de selagem aproximada de 10 metros por minuto, arraste da embalagem por correias sincronizadas, comando de aquecimento e acionamento do motor independentes, tensão 200V 50/60Hz, potência mínima 280watts, estrutura em chapa pintada eletrostática. Medidas aproximadas 380x280x180mm. Peso aproximado 14kg. Garantia mínima 3 meses.		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 14: R\$ XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					

<b>ITEM 15</b>					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	11	Balança Antropométrica Adulto. Descrição: modo de operação digital, capacidade 200kg, dimensões aproximadas da plataforma 40x40cm. Display de led vermelho com 6 dígitos, plataforma em chapa de aço carbono, coluna em tubo de aço carbono, visor com painel em policarbonato de alta resistência, piso antiderrapantes em borracha sintética, régua antropométrica instalado na coluna da balança retrátil em alumínio, cabeçote da régua em plástico ABS. Produto com registro no INMETRO. Garantia mínima de 1 ano.		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 15: R\$ XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					

ITEM 16					
Unid.	Quant.	Descrição	Marca e Fabricante	Valor Unit.	Valor Total
Unidade	6	Balança Antropométrica Infantil. Descrição: modo de operação digital, capacidade 15kg, concha anatômica em polipropileno, medidas aproximadas da concha 540x290mm injetada em material anti-germes, faixa de medição antropométrica na concha de 54cm, gabinete em plástico ABS, display de LED com 6 dígitos, estrutura interna em aço carbono com cobertura plástica, pés reguláveis em borracha sintética. Produto com registro no INMETRO. Garantia 1 ano.		R\$ XX,XX	R\$ XX,XX
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 16: R\$ XX,XX</b>					
<b>(Valor por Extenso).</b>					

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ ....., (por extenso).**

1- Os preços ofertados têm como referência o prazo para pagamento de até 30 (trinta) dias, após a entrega do material, pela unidade recebedora. Nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas e todas as demais despesas que porventura possam recair sobre a prestação de serviço.

2- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da abertura do envelope "PROPOSTA".

3- Apresentamos, nossos dados bancários:

NOME DO BANCO ..... Nº .....

NOME DA AGÊNCIA ..... Nº .....

NÚMERO DA CONTA .....

Nome e Cargo

E-mail institucional: \_\_\_\_\_

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_

Local \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2024.

(assinatura do responsável pela empresa)

Nome – Cargo

**OBS:**

- O modelo de proposta acima deverá ser enviado após a empresa ser declarada arrematante.
- O julgamento das propostas será feito pelo valor total de cada item.

**ANEXO V**  
**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_\_/2024**

**PREGÃO ELETRONICO Nº. 34/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.1454/2024**

**SECRETARIA GESTORA:** Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva.

**0**

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de \_\_\_\_\_, nas dependências do Departamento de Licitações e Compras, situada na Rua Joaquim das Neves, nº 211 – Vila Caldas, Carapicuíba, Estado de São Paulo, o Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, RG nº: 19.236.215 - X e CPF: 157.388.248 – 81 e o, Secretário de \_\_\_\_\_, após a homologação do resultado obtido no Pregão Supra, RESOLVE, nos termos do artigo 82, da Lei nº 14.131/2021, REGISTRAR O(S) PREÇO(S) para eventual aquisição de equipamento para as UPAs e unidades de saúde, em atendimento à Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, em conformidade com os itens do Anexo I deste instrumento oferecido pela seguinte empresa:

Para os itens que constam do Anexo I foram registrados os preços ofertados pela empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, neste ato representada legalmente pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da cédula de identidade R.G. nº \_\_\_\_\_ e C.P.F. nº \_\_\_\_\_:

## **1. DO OBJETO**

1.1 O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamento para as upas e unidades de saúde, nas condições, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão supra.

## **2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, nos termos do artigo 84, da Lei Federal 14.131/2021, podendo ser prorrogado em igual período à critério da Administração.

2.2. A Administração Municipal não será obrigada a adquirir o objeto desta Ata, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

### **3. DOS PREÇOS REGISTRADOS**

3.1. O(s) preço(s) a ser(em) registrado(s) na presente Ata refere(m)-se ao preço ofertado pela empresa signatária, consoante documentação pertinente anexa.

3.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 82, da Lei Federal nº 14.131/2021.

3.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Departamento de Licitações e Compras promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador desta Ata deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, os órgãos gerenciadores da Ata à Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, com auxílio do Departamento de Licitação poderão:

3.5.1. Liberar a detentora da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

3.6. Não havendo êxito nas negociações, o Departamento de Licitações e Compras deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

3.7. O Departamento de Licitações e Compras promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a continuidade do registro de preço para aquisição de equipamento para as UPAs e unidades de saúde.

### **4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

4.1. A aquisição de equipamento para as UPAs e unidades de saúde, será realizada conforme o ANEXO I que faz parte integrante desta ata.

4.2. Arcar com as despesas de frete e demais encargos referentes à aquisição de equipamento para as upas e unidades de saúde.

4.3. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente Ata. Ocorrendo quaisquer hipóteses expressas, fica

**Pregão Eletrônico nº 34/2024 - Processo Administrativo nº. 1454/2024**

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5442  
Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP | CEP: 06310-030, Brasil

claro que mesmo havendo a fiscalização ou acompanhamento por parte da Administração, a detentora não será eximida das responsabilidades previstas no Edital.

4.4. Manter-se durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, nos termos do artigo 82, da Lei Federal nº 14133/2021.

4.5 - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente Ata.

4.6. Correrão por conta da detentora da Ata as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como impostos, frete, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, dentre outros.

4.7. À Secretaria solicitante caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o art. 82, da Lei nº. 14133/21:

a) provisoriamente, pelo prazo de até 05 (cinco) dias, recebido(s) por servidores previamente designados, para acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na respectiva Nota Fiscal Eletrônica, para efeitos verificação posterior da conformidade do objeto com as exigências editalícias;

b) definitivamente, após 5 (cinco) dias do recebimento provisório, através da verificação da qualidade e quantidade, para a conseqüente aceitação do objeto entregue.

4.8. Constadas quaisquer irregularidades no material, à Secretaria requisitante, poderá:

4.8.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações exigidas, ou apresentar irregularidades, determinando-se a substituição ou a rescisão da Ata, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

4.8.2. Determinar sua complementação ou rescindir a contratação, se houver diferença de material ou de parte, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

4.8.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela detentora da Ata imediatamente após a notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4.8.4. A recusa da detentora da Ata em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

4.9. O material deverá estar pronto para uso em conformidade com as normas de segurança.

4.10. Correrão por conta da Detentora da Ata as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como impostos, frete, seguros, e demais encargos trabalhistas, previdenciários, dentre outros.

4.11. À Secretaria requisitante, receberá o objeto para verificação de que foram cumpridos os termos,

**Pregão Eletrônico nº 34/2024 - Processo Administrativo nº. 1454/2024**

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5442  
Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP | CEP: 06310-030, Brasil



especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o art. 82, da Lei nº. 14133/21:

4.12. O entrega do material no devará ser no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da ordem de fornecimento.

4.13. Os materiais deverão ser entregues, após a ordem de fornecimento, de acordo com a solicitação da à Secretaria requisitante, neste município, tudo em conformidade com o Anexo I - Termo de Referência

## **5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1. O pagamento será realizado com até 30 (trinta) dias, contados a partir do atestado de fornecimento expedido pela Secretaria requisitante.

5.2. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em nome da detentora da Ata, conforme indicado em sua proposta.

5.3. Caso venha a ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se sua contagem a partir da data do respectivo cumprimento.

5.4. Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua efetivação, calculados “pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

## **6. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

6.1. A detentora da Ata terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:

- a) descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirada da respectiva nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento ou Instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) por razões de interesse público.

6.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 6.1, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do diretor do Departamento de Licitações e Compras.

## **7. DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR**

7.1. A detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

7.2. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento desta Ata de Registro de Preços, ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar o fornecimento do objeto da licitação:

- a) greve geral;
- b) calamidade pública;
- c) interrupção dos meios de transportes;
- d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais;
- e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

7.2.1. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente justificados pela detentora da Ata.

7.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao Departamento de Licitações e Compras, em até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência.

7.3.1. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência, como caso fortuito ou de força maior.

## **8. DAS PENALIDADES**

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que:

8.2. Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro;

8.3. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.4. Der causa à inexecução total da Ata de Registro;

8.5. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da da Ata de Registro sem motivo justificado;

8.6. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a entrega do material da Ata de Registro,

8.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

8.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 13.2. Serão

**Pregão Eletrônico nº 34/2024 - Processo Administrativo nº. 1454/2024**

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5442  
Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP | CEP: 06310-030, Brasil

aplicadas à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.9. Advertência, quando a contratado der causa à inexecução parcial da Ata de Registro, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

8.10. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas aos subitens 8.2, 8.3, 8.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

8.11. O atraso na entrega do objeto da licitação sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,5% (meio por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o 15º (décimo quinto) dias de atraso, após será considerada inexecução parcial do contrato.

8.12. O não atendimento e observância dos serviços solicitados pela Administração, ou ainda a não realização do serviço ou desacordo com as especificações constante do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no contrato sujeitará a Contratada a multa no valor de 10 (dez por cento) do valor constante da Ordem de Serviço, sem prejuízo da complementação de quantidades e/ou substituição do material, e demais sanções aplicáveis

8.13. Nos casos de reincidência em inadimplemento apenados por 03 (três) vezes no mesmo instrumento contratual ou de ato jurídico análogo, bem como as faltas graves de impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

8.14. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as sanções de multa.

8.15. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

8.16. As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto da Ata de Registro .

8.17. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, serão regidas pela Lei nº 14.133, de 2021 e alterações subsequentes.

8.18. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

8.19. O prazo para pagamento de multas será de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

**9. São aplicáveis à Contratada as seguintes penalidades:**

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Multa;

9.1.3. Se a Contratada apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, falhar ou fraudar a entrega do material, proceder de forma inidônea, ou ainda, se convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a assinatura da ATA e/ou praticar quaisquer atos de natureza dolosa, dos quais decorram prejuízos ao interesse público, será declarada inidônea, nos termos da Lei nº 14133/2021 estando impedida de contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante esta Prefeitura, sem prejuízo das multas e demais sanções previstas no edital e nesta ata.

9.1.4. Pela inexecução total da obrigação, objeto da licitação será aplicado multa de até 20% (vinte por cento) do valor do mesmo;

9.1.5. Pela inexecução parcial da ATA será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não cumprida;

9.1.6. O atraso na entrega do objeto da licitação sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,5% (meio por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o 15º (décimo quinto) dias de atraso, após será considerada inexecução parcial da ata.

9.1.7. A não observância das quantidades solicitadas pela Administração, ou ainda a entrega do material, em desacordo com as especificações constante do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado na ATA sujeitará a Contratada a multa no valor de 10 (dez por cento) do valor constante da Ordem de entrega, sem prejuízo da complementação de quantidades e/ou substituição dos materiais, e demais sanções aplicáveis.

9.1.8. Nos casos de reincidência em inadimplemento apenados por 03 (três) vezes no mesmo instrumento contratual ou de ato jurídico análogo, bem como as faltas graves de impliquem a rescisão unilateral da ATA ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

9.1.9. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as sanções de multa.

9.1.10. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

9.1.11. As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto da ATA.

9.1.12. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, serão regidas pela Lei nº 14133/21 e alterações subsequentes.

9.1.13. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

9.1.14. O prazo para pagamento de multas será de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

## **10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

10.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as obrigações da detentora, de cumprir as solicitações de entrega do material com aplicação até o término da respectiva data.

10.2. A Administração não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições estabelecidas no Pregão que dá origem a esta Ata.

10.3. Na contagem dos prazos estabelecidos Ata, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

10.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão que da origem a esta Ata, bem como as normas contidas na Lei nº 14.133/2021.

## **11. DO FORO**

11.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriunda da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Carapicuíba, com renúncia de outros, por mais privilegiados que sejam.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos representantes das partes.

Prefeitura do Município de Carapicuíba, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_XXXX.

\_\_\_\_\_  
Prefeitura do Município de Carapicuíba  
Marco Aurélio dos Santos Neves – Prefeito

\_\_\_\_\_  
Secretaria de Requisitante

Testemunhas :  
\_\_\_\_\_

**ANEXO VI**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE:** \_\_\_\_\_

**CONTRATADO:** \_\_\_\_\_

**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** \_\_\_\_\_

**OBJETO:** \_\_\_\_\_

**ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (\*)** \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** \_\_\_\_\_

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:-**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO  
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**Pregão Eletrônico nº 34/2024 - Processo Administrativo nº. 1454/2024**

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br | (11) 4164-5500 - R. 5442  
Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP | CEP: 06310-030, Brasil



Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

(\*) Facultativo Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de ato sob sua responsabilidade: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

(\*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*